

98096 Fyziologický roztok 1 ml z-FR1

Datum výroby: 23. 3. 2023

Šarže: **z-FR1-0270**

Expirace: 19. 9. 2023

Test	Standard	Výsledek
Označení	viz. výše	
Fyzikálně chemické vlastnosti		
pH	7,2 ± 0,2	vyhovuje
sterilita 72 hod 22 °C	sterilní	vyhovuje
sterilita 72 hod 37 °C	sterilní	vyhovuje

