



SGR11.1 DOC 41 Rev 03 07/2011

CERTIFICATE OF STERILITY AND QUALITY ASSURANCE
CERTIFICADO DE ESTERILIDAD Y GARANTIA DE CALIDAD

N°
**19-
CRT02906**

CODE /CÓDIGO		LOT.N°/NO. DE LOTE	EXP. DATE /FECHA DE CADUCIDAD
552C	552C	1900025	31/05/2022

DEVICE DESCRIPTION: <i>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</i>	Regular plastic swab, nylon velvet tip, sterile, in plain dry tube, red cap Hisopo regular de plástico punta de nylon suave, estéril en tubo seco
--	--

Goods have been EO treated.

Biological Indicator control for EO treatment using *B. atrophaeus*10⁶ sporestrip: no growth after 2 days at 35-37°C.

La mercancia ha sido tratada por EO.

*Test de indicadores biológicos para tratamiento OE usando tira con esporas *B. atrophaeus* 10⁶: ausencia de crecimiento después de 2 días a 35-37 °C.*

Goods has been manufactured according to the ISO 13485 system.

El material ha sido fabricado de acuerdo al sistema ISO 13485.

Date of Treatment:

Fecha de tratamiento:

12/05/2019

Copan Flock Technologies certifies that all product quality requirements have been met and that all information stated above is correct.

Copan Flock Technologies certifica estar conforme con todos los requerimientos arriba mencionados y que toda la información es correcta.

31/05/2019

Certificate Date of Issue

Fecha de Expedición del Certificado

Quality Assurance
Copan Flock Technologies