

**ELI.H.A ECHINOCOCCUS (120)**

Référence / Catalog number

66604

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	<b>10015-UDI</b>
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	<b>28/02/2025</b> <b>2025-02-28</b>

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
Flacon R1 (2,2 mL) R1 (2.2 mL) vial	10015-UDI	28/02/2025
Flacon R2 (1 mL) R2 (1 mL) vial	10015-UDI	28/02/2025
Flacon CONTROL + (0,2 mL) CONTROL + (0.2 mL) vial	10015-UDI	28/02/2025
Flacon CONTROL - (0,2 mL) CONTROL - (0.2 mL) vial	10015-UDI	28/02/2025
Flacon R3 (2 mL) R3 (2 mL) vial	10015-UDI	28/02/2025
Flacon BUF (55 mL) BUF (55 mL) vial	10015-UDI	28/02/2025

**RESULTATS - RESULTS**

<b>Flacon R1 (2,2 mL)</b> <b>R1 (2.2 mL) vial</b>	<b>Résultats / Résultats</b>	<b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Suspension d'hématies marron <i>Brown suspension of red blood cells</i>
Performances <i>Performances</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Sérums humains frais / <i>Fresh human sera</i> Sérums positifs / <i>Positive sera</i> Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
<b>Flacon R2 (1 mL)</b> <b>R2 (1 mL) vial</b>	<b>Résultats / Résultats</b>	<b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Suspension d'hématies marron <i>Brown suspension of red blood cells</i>
Performances <i>Performances</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Sérums humains frais / <i>Fresh human sera</i> Sérums positifs / <i>Positive sera</i> Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>

<b>Flacon CONTROL + (0,2 mL) CONTROL + (0.2 mL) vial</b>	<b>Résultats / Résultats</b>	<b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Liquide translucide <i>Translucent liquid</i>
Titre Titer	<b>1/640</b> <b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
<b>Flacon CONTROL - (0,2 mL) CONTROL - (0.2 mL) vial</b>	<b>Résultats / Résultats</b>	<b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Liquide translucide <i>Translucent liquid</i>
<b>Flacon R3 (2 mL) R3 (2 mL) vial</b>	<b>Résultats / Résultats</b>	<b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Liquide rouge <i>Red liquid</i>
<b>Flacon BUF (55 mL) BUF (55 mL) vial</b>	<b>Résultats / Résultats</b>	<b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Liquide incolore translucide <i>Translucent colorless liquid</i>
<b>Contrôle du conditionnement</b> <b><i>Conformity after packaging</i></b>	<b>Conforme</b> <b><i>Conform</i></b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>

Lot contrôlé et libéré le  
*Controlled and accepted on :*

10/05/2023

Par / By : Delphine GIRAUD  
Quality Control Manager

**ELITECH MICROBIO**  
Parc d'activités du Plateau  
19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES  
Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05  
SAS au Capital de 480 864 €  
Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



*Fin du Document / End of document*