

ELITEX BICOLOR MONO (50)

Référence / Catalog number

04155

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	10034
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	31/05/2025 2025-05-31

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
Flacon TEST LATEX (1,5 mL) TEST LATEX (1.5 mL) vial	10034	31/05/2025
Flacon CONTROL + (0,5 mL) CONTROL + (0.5 mL) vial	10034	31/05/2025
Flacon CONTROL - (0,5 mL) CONTROL - (0.5 mL) vial	10034	31/05/2025

RESULTATS - RESULTS

Flacon TEST LATEX (1,5 mL) TEST LATEX (1.5 mL) vial	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Après sédimentation : culot rouge et surnageant bleu / Après homogénéisation : suspension violette <i>After sedimentation: red sediment and bleu supernatant / After homogenization: violet suspension</i>
Performances <i>Performances</i>	Conforme Conform	Sérums humains frais / <i>Fresh human sera</i> Sérums positifs / <i>Positive sera</i> Sérum négatif / <i>Negative sera</i> Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Flacon CONTROL + (0,5 mL) CONTROL + (0.5 mL) vial	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Liquide incolore <i>Colorless liquid</i>

Flacon CONTROL - (0,5 mL) CONTROL - (0.5 mL) vial	Résultats / Results	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Liquide incolore <i>Colorless liquid</i>
Contrôle du conditionnement Conformity after packaging	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>

Lot contrôlé et libéré le
Controlled and accepted on :

14/06/2023

Par / By : Delphine GIRAUD
Quality Control Manager

ELITECH MICROBIO
Parc d'activités du Plateau
19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES
Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05
SAS au Capital de 180 864 €
Siret 503 366 239 00021 - APE 4475 Z



Fin du Document / End of document