

CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE
Quality Control Certificate
MYCOFAST Revolution 2

Référence / Catalog number

00080

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	250441
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	08/10/2026 2026-10-08

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST Revolution 2	250404	2026-10-08
Ummt 3mL	250409	2026-10-15

RESULTATS - RESULTS

Contrôle MYCOFAST Revolution 2 <i>MYCOFAST Revolution 2 Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques / Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy
Performances <i>Performances</i>	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum</i> 29,66, sero3, sero 9 <i>Mycoplasma hominis</i> 33131, PG21 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle Ummt 3mL <i>Ummt 3mL Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques / Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Liquide jaune Yellow Liquid
Etat de propreté <i>State of cleanliness</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Spécifications techniques <i>Technical specifications</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle du conditionnement <i>Conformity after packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications

 Lot contrôlé et libéré le /
 Controlled and accepted on :

06/05/2025

 Par / By : Delphine GIRAUD
 Quality Control Manager

ELITECH MICROBIO
 Parc d'activités du Plateau
 19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES
 Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05
 SAS au Capital de 480 864 €
 Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



Fin du Document / End of document