


CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE
Quality Control Certificate
Complément MYCOFAST Revolution 2

Référence / Catalog number

00082

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	251116
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	23/04/2027 2027-04-23

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST Revolution 2	251011	2027-04-23

RESULTATS - RESULTS

Contrôle MYCOFAST Revolution 2 <i>MYCOFAST Révolution 2 Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques / Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy
Performances <i>Performances</i>	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum</i> 29,66, sero3, sero 9 <i>Mycoplasma hominis</i> 33131, PG21 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle du conditionnement <i>Conformity after packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications

 Lot contrôlé et libéré le /
 Controlled and accepted on :

19/11/2025

 Par / By : Delphine GIRAUD
 Quality Control Manager

ELITech Microbio
 Parc d'Activités -19 Allée d'Athènes
 83870 Signes - France
 Tél. : +33 (0)4 94 88 55 00 - Fax : +33 (0)4 94 32 82 61
 SIRET : 503 366 239 00021

Fin du Document / End of document