

ELITEX BICOLOR MONO (50)

Référence / Catalog number

04155

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	26-10147B
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	31/05/2027 2027-05-31

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
Flacon TEST LATEX (1,5 mL) TEST LATEX (1.5 mL) vial	10147	31/05/2027
Flacon CONTROL + (0,5 mL) CONTROL + (0.5 mL) vial	10147	31/05/2027
Flacon CONTROL - (0,5 mL) CONTROL - (0.5 mL) vial	10147	31/05/2027

RESULTATS - RESULTS

Flacon TEST LATEX (1,5 mL) TEST LATEX (1.5 mL) vial	Résultats / Résultats	Résultats théoriques / Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Après sédimentation : culot rouge et surnageant bleu / Après homogénéisation : suspension violette <i>After sedimentation: red sediment and bleu supernatant / After homogenization: violet suspension</i>
Performances <i>Performances</i>	Conforme Conform	Sérums humains frais / Fresh human sera Sérums positifs / Positive sera Sérum négatif / Negative sera Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Flacon CONTROL + (0,5 mL) CONTROL + (0.5 mL) vial	Résultats / Résultats	Résultats théoriques / Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Liquide incolore <i>Colorless liquid</i>

Flacon CONTROL - (0,5 mL) CONTROL - (0.5 mL) vial	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Liquide incolore <i>Colorless liquid</i>
Contrôle du conditionnement Conformity after packaging	Conforme Conform	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>

Lot contrôlé et libéré le
Controlled and accepted on :

18/02/2026

Par / By : Delphine GIRAUD
Quality Control Manager

ELITech Microbio
Parc d'Activités -19 Allée d'Athènes
83870 Signes - France
Tél. : +33 (0)4 94 88 55 00 - Fax : +33 (0)4 94 32 82 61
SIRET : 503 366 239 00021



Fin du Document / End of document