



CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE
Quality Control Certificate

UMMT REVOLUTION (50)

Référence / Catalog number

00061

| | |
|--|--|
| Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i> | 170785 |
| Date d'expiration <i>Expiration date</i> | 10/01/2019 2019-01-10 |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Réactifs <i>Reagents</i> | Lot de fabrication <i>Production lot</i> | Date d'expiration <i>Expiration date</i> |
| UMMt (3 ml) | 170703 | 2019-01-10 |

RESULTATS - RESULTS

| Contrôle UMMt <i>UMMt Control</i> | Résultats / Résultats | Résultats théoriques /Theoretical results |
|---|-----------------------------------|---|
| Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i> | Conforme <i>Conform</i> | Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i> |
| Etiquetage <i>Labelling</i> | Conforme <i>Conform</i> | Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i> |
| Aspect du milieu <i>Medium appearance</i> | Conforme <i>Conform</i> | Liquide jaune <i>Yellow Liquid</i> |
| Recherche de contaminants <i>Detection of contaminants</i> | Conforme <i>Conform</i> | Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i> |
| Performances <i>Performances</i> | Conforme <i>Conform</i> | <i>Ureaplasma urealyticum 569</i> <i>Mycoplasma hominis 814</i> Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i> |
| Contrôle du conditionnement <i>Conformity after packaging</i> | Conforme <i>Conform</i> | Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i> |

Lot accepté le / Accepted on :

28/07/2017

Par / By : Laetitia ROBIN

Quality Control Manager

Fin du Document / End of document