Saisie CoA 2025-10

ELITechGroup
A BRUKER COMPANY

CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE
Quality Control Certificate

ELITEX BICOLOR DUBLI (100)

Référence / Catalog number **44502**

Lot de conditionnement *Packaging lot*	**26-10180A**
Date d'expiration	**31/03/2028**
Expiration date	***2028-03-31***

Réactifs *Reagents*	Lot de fabrication *Production lot*	Date d'expiration *Expiration date*
Flacons TEST LATEX (2 mL) TEST LATEX (2 mL) vial	10180	31/03/2028

RESULTATS - *RESULTS*

Flacons TEST LATEX (2 mL) TEST LATEX (2 mL) vial	**Résultats / Résults**	**Résultats théoriques /Theoretical results**
Conditionnement primaire *Primary packaging*	**Conforme** ***Conform***	Conformité / spécifications *Conformity / specifications*
Etiquetage *Labelling*	**Conforme** ***Conform***	Conformité / spécifications *Conformity / specifications*
Aspect du milieu *Medium appareance*	**Conforme** ***Conform***	Après sédimentation : culot bleu et surnageant rouge /Après homogénéisation : suspension violette *After sedimentation: red sediment and blue supernatant / After homogenization: purple suspension*
Performances *Performances*	**Conforme** ***Conform***	*Candida dubliniensis* *Candida glabrata* A *Candida tropicalis* C *Candida krusei* G *Candida cerevisae* H *Candida albicans* 1066 *Candida albicans* 1472 *Candida albicans* 2120 Conformité / spécifications *Conformity / specifications*
Contrôle du conditionnement *Conformity after packaging*	**Conforme** ***Conform***	Conformité / spécifications *Conformity / specifications*

Lot controlé et libéré le 15/09/2026 Par / By : Delphine GIRAUD
Controled and accepted on : Quality Control Manager

ELITech Microbio
Parc d'Activités -19 Allée d'Athènes
83870 Signes - France
Tél. : +33 (0)4 94 88 55 00 - Fax : +33 (0)4 94 32 82 61
SIRET : 503 366 239 00021

Fin du Document / End of document