

COMPL. MYCOFAST REVOLUTION (25)

Référence / Catalog number

00062

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	200115-R
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	18/06/2021 2021-06-18

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST REVOLUTION	191210R	2021-06-18
S. M.h.	191128R	2021-11-26

RESULTATS - RESULTS

Controle MYCOFAST REVOLUTION <i>MYCOFAST REVOLUTION Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy
Performances <i>Performances</i>	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum</i> ATCC27815 <i>Ureaplasma urealyticum</i> 569 <i>Ureaplasma urealyticum</i> 66 <i>Ureaplasma urealyticum</i> ATCC 33175 <i>Mycoplasma hominis</i> ATCC23114 <i>Mycoplasma hominis</i> 814 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle S. M.h. <i>SMh Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Liquide limpide orange à rouge Clear Liquid – orange to red
Etat de propreté <i>State of cleanliness</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Performances <i>Performances</i>	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum</i> : ATCC 27618 <i>Mycoplasma hominis</i> : ATCC 23114 Conformité / spécifications Conformity / specifications


Contrôle du conditionnement <i>Conformity after packaging</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
---	-----------------------------------	--

Lot controlé et libéré le /
Controlled and accepted on :

13/01/2020

Par / By : Imen Smida
Quality Control Manager

ELITECH MICROBIO
Parc d'activités du Plateau
19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES
Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05
SAS au Capital de 480 864 €
Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



Fin du Document / End of document
