



CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE
Quality Control Certificate

MYCOFAST Scr. REVOLUTION (50)

Référence / Catalog number

00063

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	180229
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	08/08/2019 2019-08-08

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST Scr. REVOLUTION	180204	2019-08-08
S. M.h.	171005	2019-10-10

RESULTATS - RESULTS

Contrôle MYCOFAST Scr. REVOLUTION <i>MYCOFAST Scr. REVOLUTION Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy
Spécifications techniques Technical specifications	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum</i> 569 <i>Mycoplasma hominis</i> 814 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle S. M.h. <i>SMh Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Liquide limpide orange à rouge Clear Liquid – orange to red
Recherche de contaminants <i>Detection of contaminants</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Spécifications techniques Technical specifications	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum</i> : ATCC 27618 <i>Mycoplasma hominis</i> : ATCC 23114 Conformité / spécifications Conformity / specifications


Contrôle du conditionnement Conformity after packaging	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
---	-----------------------------------	--

Lot accepté le / Accepted on :

16/02/2018

Par / By : Stéfan LAMOUREUX

Quality Control Manager



Fin du Document / End of document
