



**CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE**  
*Quality Control Certificate*

**MYCOFAST Scr. REVOLUTION (50)**

Référence / Catalog number **00063**

|  |  |
|--|--|
| Lot de conditionnement<br><i>Packaging lot</i> | <b>180729</b>                          |
| Date d'expiration<br><i>Expiration date</i>    | <b>02/01/2020</b><br><b>2020-01-02</b> |

| Réactifs<br><i>Reagents</i> | Lot de fabrication<br><i>Production lot</i> | Date d'expiration<br><i>Expiration date</i> |
|-----------------------------|---|---|
| MYCOFAST Scr. REVOLUTION    | 180621                                      | 2020-01-02                                  |
| S. M.h.                     | 180412R                                     | 2020-04-15                                  |

**RESULTATS - RESULTS**

| <b>Controle MYCOFAST Scr. REVOLUTION</b><br><i>MYCOFAST Scr. REVOLUTION Control</i> | <b>Résultats / Résultats</b>      | <b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>  |
|---|-----------------------------------|---|
| Etiquetage<br><i>Labelling</i>  | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Aspect du milieu<br><i>Medium appearance</i>  | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i> | Orange, sec à pateux<br><i>Orange, dry to doughy</i>  |
| Performances<br><i>Performances</i>   | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i> | <i>Ureaplasma urealyticum 569</i><br><i>Mycoplasma hominis 814</i><br>Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>                   |
| <b>Contrôle S. M.h.</b><br><i>SMh Control</i>                                       | <b>Résultats / Résultats</b>      | <b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>  |
| Conditionnement primaire<br><i>Primary packaging</i>                                | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Etiquetage<br><i>Labelling</i>  | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Aspect du milieu<br><i>Medium appearance</i>  | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i> | Liquide limpide orange à rouge<br><i>Clear Liquid – orange to red</i>   |
| Etat de propreté<br><i>State of cleanliness</i>                                     | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Performances<br><i>Performances</i>   | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i> | <i>Ureaplasma urealyticum : ATCC 27618</i><br><i>Mycoplasma hominis : ATCC 23114</i><br>Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i> |

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| <b>Contrôle du conditionnement</b><br><i>Conformity after packaging</i> | <b>Conforme</b><br><i>Conform</i> | Conformité / spécifications<br>Conformity / specifications |
|---|-----------------------------------|--|

Lot contrôlé et libéré le /  
Controlled and accepted on :

19/07/2018

Par / By : Stéphanie LE PAGE  
Quality Control Manager

**ELITECH MICROBIO**  
Parc d'activités du Plateau  
19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES  
Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05  
SAS au Capital de 480 864 €  
Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



Fin du Document / End of document

---