

MYCOFAST Scr. REVOLUTION (50)

 Référence / Catalog number **00063**

| | |
|--|--|
| Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i> | 190638 |
| Date d'expiration <i>Expiration date</i> | 13/11/2020 2020-11-13 |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Réactifs <i>Reagents</i> | Lot de fabrication <i>Production lot</i> | Date d'expiration <i>Expiration date</i> |
| MYCOFAST Scr. REVOLUTION | 190507R | 2020-11-13 |
| S. M.h. | 190305R | 2021-03-07 |

RESULTATS - RESULTS

| Contrôle MYCOFAST Scr. REVOLUTION <i>MYCOFAST Scr. REVOLUTION Control</i> | Résultats / Résultats | Résultats théoriques / Theoretical results |
|--|-----------------------------------|--|
| Etiquetage <i>Labelling</i> | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Aspect du milieu <i>Medium appearance</i> | Conforme Conform | Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy |
| Performances Performances | Conforme Conform | <i>Ureaplasma urealyticum</i> 569 <i>Mycoplasma hominis</i> 814 Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Contrôle S. M.h. <i>SMh Control</i> | Résultats / Résultats | Résultats théoriques / Theoretical results |
| Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i> | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Etiquetage <i>Labelling</i> | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Aspect du milieu <i>Medium appearance</i> | Conforme Conform | Liquide limpide orange à rouge Clear Liquid – orange to red |
| Etat de propreté <i>State of cleanliness</i> | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Performances Performances | Conforme Conform | <i>Ureaplasma urealyticum</i> : ATCC 27618 <i>Mycoplasma hominis</i> : ATCC 23114 Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Contrôle du conditionnement Conformity after packaging | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |


 Lot contrôlé et libéré le /
 Controlled and accepted on :

13/06/2019

Par / By : Imen Smida

Quality Control Manager

ELITECH MICROBIO
 Parc d'activités du Plateau
 19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES
 Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05
 SAS au Capital de 480 864 €
 Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



Fin du Document / End of document