



**CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE**  
*Quality Control Certificate*

## MYCOPLASMA CONTROL (12)

Référence / Catalog number

00900

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	<b>180163</b>
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	<b>08/01/2019</b> <b>2019-01-08</b>

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOPLASMA U.u	180113	2019-01-08
MYCOPLASMA M.h	180114	2019-04-09

Dilution / <i>Dilution</i>	MYCOPLASMA U.u	MYCOPLASMA M.h
Gamme MYCOFAST	1/20	1/10
IST2	1/25	1/10

DUO

U

0

### RESULTATS - RESULTS

Contrôle MYCOPLASMA U.u <i>MYCOPLASMA U.u Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Lyophilisat de couleur blanc White freeze dried pellet
Pression avant reprise <i>Pressure before reconstitution</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Recherche de contaminants <i>Detection of contaminants</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Performances <i>Performances</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	<i>gamme EM</i> <i>gamme IST2</i> <i>gamme DUO</i> Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle MYCOPLASMA M.h <i>MYCOPLASMA M.h Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications

Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Lyophilisat de couleur blanc White freeze dried pellet
Pression avant reprise <i>Pressure before reconstitution</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Recherche de contaminants <i>Detection of contaminants</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Performances <i>Performances</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	<i>gamme EM</i> <i>gamme IST2</i> <i>gamme DUO</i> Conformité / spécifications Conformity / specifications
<b>Contrôle du conditionnement</b> <b>Conformity after packaging</b>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications

Lot accepté le / Accepted on :

29/01/2018

Par / By : Stéfan LAMOUREUX

Quality Control Manager

Fin du Document / End of document

---