

**ELITex Bicolor Mono (50 tests)**

Référence / Catalog number : **04155**

Lot de conditionnement / Packaging lot : **9249**

Date d'expiration / Expiration date : **2019-01-31**

| Réactifs / Reagents                                          | Lot de fabrication / Production lot | Date d'expiration / Expiration date |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Flacon TEST LATEX (1,5 mL) / TEST LATEX (1.5 mL) vial</b> | 9249                                | 2019-01-31                          |
| <b>Flacon CONTROL + (0,5 mL) / CONTROL + (0.5 mL) vial</b>   | 9249                                | 2019-01-31                          |
| <b>Flacon CONTROL - (0,5 mL) / CONTROL - (0.5 mL) vial</b>   | 9249                                | 2019-01-31                          |

Certificat de contrôle établi suivant les procédures de contrôles internes  
*Control certificate established according to the internal control procedures*

|                                                                                     | Résultats / Results                         | Résultats théoriques / Theoretical results                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEST LATEX</b><br>Flacon de latex sensibilisé<br><i>Vial of sensitized latex</i> |                                             |                                                                                                                                                                                                               |
| Conditionnement primaire / Primary packaging                                        | <b>Conforme / Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>                                                                                                                                             |
| Etiquetage / Labelling                                                              | <b>Conforme / Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>                                                                                                                                             |
| Aspect du milieu / Medium appearance                                                | <b>Conforme / Conform to specifications</b> | Après sédimentation : culot rouge et surnageant bleu / Après homogénéisation : suspension violette<br><i>After sedimentation: red sediment and blue supernatant / After homogenization: purple suspension</i> |
| Performances / Performances                                                         | <b>Conforme / Conform to specifications</b> | Sérums humains frais / Fresh human sera<br>Sérums positifs / Positive sera<br>Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>                                                               |
| <b>CONTROL +</b><br>Flacon de Contrôle positif<br><i>Vial of Positive control</i>   |                                             |                                                                                                                                                                                                               |
| Conditionnement primaire / Primary packaging                                        | <b>Conforme / Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>                                                                                                                                             |
| Etiquetage / Labelling                                                              | <b>Conforme / Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>                                                                                                                                             |
| Aspect du milieu / Medium appearance                                                | <b>Conforme / Conform to specifications</b> | Liquide incolore<br><i>Colorless liquid</i>                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   | <b>Résultats /<br/>Results</b>                  | <b>Résultats théoriques /<br/>Theoretical results</b>             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTROL -</b><br>Flacon de Contrôle négatif<br><i>Vial of Negative control</i> |                                                 |                                                                   |
| Conditionnement primaire / <i>Primary packaging</i>                               | <b>Conforme /<br/>Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i> |
| Etiquetage / <i>Labelling</i>                                                     | <b>Conforme /<br/>Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i> |
| Aspect du milieu / <i>Medium appearance</i>                                       | <b>Conforme /<br/>Conform to specifications</b> | Liquide incolore<br><i>Colorless liquid</i>                       |
| <b>Contrôle du conditionnement /<br/>Conformity after packaging</b>               | <b>Conforme /<br/>Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i> |

Référence / *Catalog number*                                **04155**

Lot de conditionnement / *Packaging lot*    :    **9249**

Lot accepté le / *Accepted on* :    03/03/2017

Par / *By* :    L.ROBIN  
Responsable Contrôle Qualité  
*Quality Manager*

