



**CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE**  
**Quality Control Certificate**

**ELITEX BICOLOR MONO (50)**

Référence / Catalog number **04155**

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	<b>9455</b>
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	<b>30/04/2020</b> <b>2020-04-30</b>

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
Flacon TEST LATEX (1,5 mL) TEST LATEX (1.5 mL) vial	9455	30/04/2020
Flacon CONTROL + (0,5 mL) CONTROL + (0.5 mL) vial	9455	30/04/2020
Flacon CONTROL - (0,5 mL) CONTROL - (0.5 mL) vial	9455	30/04/2020

**RESULTATS - RESULTS**

Flacon TEST LATEX (1,5 mL) TEST LATEX (1.5 mL) vial	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Après sédimentation : culot rouge et surnageant bleu / Après homogénéisation : suspension violette <i>After sedimentation: red sediment and bleu supernatant / After homogenization: violet suspension</i>
Performances <i>Performances</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Sérums humains frais / <i>Fresh human sera</i> Sérums positifs / <i>Positive sera</i> Sérum négatif / <i>Negative sera</i> Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Flacon CONTROL + (0,5 mL) CONTROL + (0.5 mL) vial	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Liquide incolore <i>Colorless liquid</i>
Flacon CONTROL - (0,5 mL) CONTROL - (0.5 mL) vial	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>

Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Liquide incolore <i>Colorless liquid</i>
<b>Contrôle du conditionnement</b> <b>Conformity after packaging</b>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>

Lot contrôlé et libéré le  
*Controlled and accepted on :*

17/09/2018

Par / By : Stéfan LAMOUREUX  
Quality Control Manager

**ELITECH MICROBIO**

Parc d'activités du Plateau  
19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES  
Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05  
SAS au Capital de 480 864 €  
Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



*Fin du Document / End of document*

---