


CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE
Quality Control Certificate
ELITEX BICOLOR MONO (50)

Référence / Catalog number

04155

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	9546
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	31/10/2020
	2020-10-31

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
Flacon TEST LATEX (1,5 mL) TEST LATEX (1.5 mL) vial	9546	31/10/2020
Flacon CONTROL + (0,5 mL) CONTROL + (0.5 mL) vial	9546	31/10/2020
Flacon CONTROL - (0,5 mL) CONTROL - (0.5 mL) vial	9546	31/10/2020

RESULTATS - RESULTS

Flacon TEST LATEX (1,5 mL) TEST LATEX (1.5 mL) vial	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme <i>Conform</i>	Après sédimentation : culot rouge et surnageant bleu / Après homogénéisation : suspension violette <i>After sedimentation: red sediment and bleu supernatant / After homogenization: violet suspension</i>
Performances <i>Performances</i>	Conforme <i>Conform</i>	Sérums humains frais / <i>Fresh human sera</i> Sérums positifs / <i>Positive sera</i> Sérum négatif / <i>Negative sera</i> Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Flacon CONTROL + (0,5 mL) CONTROL + (0.5 mL) vial	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme <i>Conform</i>	Liquide incolore <i>Colorless liquid</i>
Flacon CONTROL - (0,5 mL) CONTROL - (0.5 mL) vial	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme <i>Conform</i>	Liquide incolore <i>Colorless liquid</i>
Contrôle du conditionnement <i>Conformity after packaging</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>

 Lot contrôlé et libéré le
Controlled and accepted on :

15/11/2018

 Par / By : Stéfan LAMOUROUX
 Quality Control Manager

ELITECH MICROBIO
 Parc d'activités du Plateau
 19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES
 Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05
 SAS au Capital de 480 864 €
 Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z