

CERTIFIKÁT KVALITY / CERTIFICATE OF QUALITY

Názov produktu / Product name: YST 8

P.N.: 1005

Šarža / LOT: 201509231

Dátum expirácie / Exp. date: 2017/09

Skladovacie podmienky / Storage: +2°C až / to +25°C

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou (PN). Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

Functionality of product was verified with following control strains in accordance with valid company norm. On base of results product meets control requirements.

Candida albicans CCM 8226

Cryptococcus neoformans CCM 8312

Saccharomyces cerevisiae CCM 8191

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 a v súlade so Smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

Produced in compliance with standards ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 and in compliance with Directive 98/79/ES about diagnostic medical devices in vitro.

24.9.2015

Dátum / Date



Mgr. Petr Sára
Manažér riadenia a
zabezpečenia kvality / Managing director