

CERTIFIKÁT KVALITY

Názov produktu: NITROCEFÍN

P.N.: 2008

Šarža: 201410281

Dátum expirácie: 10/2015

Skladovacie podmienky: -20 až +8°C


Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou. Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

Staphylococcus aureus CCM 4223

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 a v súlade so Smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

28.10. 2014

Dátum



Mgr. Petr Sára
Manažér riadenia a
zabezpečenia kvality