

## CERTIFIKÁT KVALITY

**Názov produktu: PYR reagent**

**P.N.: 3003**

**Šarža: 201502192**

**Dátum expirácie: 2017/02**

**Skladovacie podmienky: +2 až +8°C**

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou. Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

*Enterococcus faecalis CCM 4224*

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 a v súlade so Smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

19.2.2015

Dátum



Mgr. Petr Sára  
Manažér riadenia a  
zabezpečenia kvality