

**ELITex Bicolor dubliniensis (100 tests)**

Référence / Catalog number **44502**

Lot de conditionnement / Packaging lot : **8876**

Date d'expiration / Expiration date : **2016-05-31**

| Réactifs / Reagents                                      | Lot de fabrication / Production lot | Date d'expiration / Expiration date |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Flacon TEST LATEX (2 mL) / TEST LATEX (2 mL) vial</b> | 8876                                | 2016-05-31                          |

Certificat de contrôle établi suivant les procédures de contrôles internes  
*Control certificate established according to the internal control procedures*

|   | Résultats / Results                         | Résultats théoriques / Theoretical results  |
|---|---|---|
| <b>TEST LATEX</b><br>Flacon de latex sensibilisé<br><i>Vial of sensitized latex</i> |   |   |
| Conditionnement primaire / Primary packaging  | <b>Conforme / Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Étiquetage / Labelling  | <b>Conforme / Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |
| Aspect du milieu / Medium appearance  | <b>Conforme / Conform to specifications</b> | Après sédimentation : culot bleu et surnageant rouge /Après homogénéisation : suspension violette<br><i>After sedimentation: red sediment and blue supernatant / After homogenization: purple suspension</i>  |
| Performances / Performances   | <b>Conforme / Conform to specifications</b> | Souches / Strains<br><i>Candida dubliniensis</i><br><i>Candida glabrata</i> A<br><i>Candida tropicalis</i> C<br><i>Candida krusei</i> G<br><i>Candida cerevisiae</i> H<br><i>Candida albicans</i> 1066<br><i>Candida albicans</i> 1472<br><i>Candida albicans</i> 2120<br>Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i> |
| <b>Contrôle du conditionnement / Conformity after packaging</b>                     | <b>Conforme / Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>   |

Référence / Catalog number **44502**

Lot de conditionnement / Packaging lot : **8876**

Lot accepté le / Accepted on : 25/03/2015

Par / By : Laetitia ROBIN  
Responsable Contrôle Qualité  
Quality Control Manager

P. S. B.  
