



**CERTIFICAT D'ANALYSES**  
*Certificate of Analysis*

**ELITex Bicolor dubliniensis (100 tests)**

Référence / *Catalog number*                      **44502**

Lot de conditionnement / *Packaging lot*    :    **8788**  
Date d'expiration / *Expiration date*        :    **2015-08-31**

| Réactifs / <i>Reagents</i>                        | Lot de fabrication / <i>Production lot</i> | Date d'expiration / <i>Expiration date</i> |
|---|--|--|
| Flacon TEST LATEX (2 mL) / TEST LATEX (2 mL) vial | 8788                                       | 2015-08-31                                 |

Certificat de contrôle établi suivant les procédures de contrôles internes  
*Control certificate established according to the internal control procedures*

|   | Résultats / <i>Results</i>                      | Résultats théoriques / <i>Theoretical results</i>  |
|---|---|--|
| <b>TEST LATEX</b><br>Flacon de latex sensibilisé<br><i>Vial of sensitized latex</i> |   |  |
| Conditionnement primaire / <i>Primary packaging</i>                                 | <b>Conforme /<br/>Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>  |
| Etiquetage / <i>Labelling</i>   | <b>Conforme /<br/>Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>  |
| Aspect du milieu / <i>Medium appearance</i>   | <b>Conforme /<br/>Conform to specifications</b> | Après sédimentation : culot bleu et surnageant rouge /Après homogénéisation : suspension violette<br><i>After sedimentation: red sediment and blue supernatant / After homogenization: purple suspension</i>   |
| Performances / <i>Performances</i>  | <b>Conforme /<br/>Conform to specifications</b> | Souches / <i>Strains</i><br><i>Candida dubliniensis</i><br><i>Candida glabrata A</i><br><i>Candida tropicalis C</i><br><i>Candida krusei G</i><br><i>Candida cerevisiae H</i><br><i>Candida albicans 1066</i><br><i>Candida albicans 1472</i><br><i>Candida albicans 2120</i><br>Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i> |
| <b>Contrôle du conditionnement /<br/>Conformity after packaging</b>                 | <b>Conforme /<br/>Conform to specifications</b> | Conformité / spécifications<br><i>Conformity / specifications</i>  |

Référence / *Catalog number*                      **44502**  
Lot de conditionnement / *Packaging lot*    :    **8788**

Lot accepté le / *Accepted on* :    18/09/2014

Par / *By* :    Anne-Sophie DECARPIGNY  
                         Responsable Assurance Qualité  
                         *Quality Manager*

*X. DIELS*  
*Rég. Product*